

MEMORANDO SEI Nº 0021412334/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 185/2024.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostromizados.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021412128), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo atende ao descritivo?	8.10.11 - Registro ANVISA	11 - Amostras	Apontamento da análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
2	19097 - CURATIVO NAO ADERENTE 7,5 X 20 CM CURATIVO NAO ADERENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM COMPOSTO DE UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM UMA EMULSÃO DE PETROLATUM OU MATERIAL DE SILICONE. PERMITIR RECORTES NAO DESPRENDENDO PARTICULAS, PERMITE LAVAR A FERIDA ATRAVES DOS ORIFICIOS DO MATERIAL. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Peça	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DBS	Pielsana	De acordo	80175820002, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Exige	Na análise preliminar foi apontado: [...] solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM. Caso confirme o atendimento às medidas, a proposta está classificada; caso negativo, a proposta está reprovada. Manifestação da empresa: "O item que ofertamos é 7,5x15."	Proposta reprovada por ofertar item que não atende as medidas exigidas no edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/05/2024, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021412334** e o código CRC **FCB1D136**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.058007-8

0021412334v5