

## MEMORANDO SEI Nº 0021474495/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de maio de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 210/2024.**Objeto:** Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021474429), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Prospecto	10.16 do Termo de Referência-Comodato	Questionamentos da análise preliminar	Parecer
1	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	Ampola	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK/ SP220	De acordo	Apresentou	Ofertou incubadoras da marca BIONOVA/ IC10/20FR	<p>[...]</p> <p>Frente ao exposto, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- As incubadoras do modelo Minibio ofertadas possuem no mínimo 4 orifícios para <b>INCUBAÇÃO?</b></p> <p>2- As incubadoras do modelo ofertado atendem na íntegra o descritivo exigido no edital?</p> <p><b>Caso a resposta aos questionamentos seja positiva, a proposta da empresa está aprovada.</b></p> <p><b>Manifestação da empresa no chat: "Em relação a incubadora atendemos o solicitado em edital, na proposta houve um erro de digitação referente ao modelo da</b></p>	Considerando a manifestação da empresa de que a incubadora ofertada em comodato é do modelo BIONOVA/ IC10/20FR e que a ficha técnica confirma o atendimento ao descritivo exigido no edital, a <b>proposta da empresa está aprovada.</b>

								<i>incubadora será anexado a correta."</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/05/2024, às 15:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021474495** e o código CRC **D7D7F6EF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.064536-6

0021474495v4