

**ANÁLISE SEI Nº 0021874125/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 28 de junho de 2024.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 262/2024

ITEM 1 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G)

DESCRIÇÃO	44125 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA
FORNECEDOR	<b>CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>
MARCA	UNIQMED
REGISTRO ANVISA	10098710069 do item ofertado na Proposta 80155470346 do item recebido como Amostra
LOTE	<b>20220822</b>
QUANTIDADE	

RECEBIDA  
PARA  
ANÁLISE

40

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos:

( X ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A empresa encaminhou amostras de produto diferente do ofertado na proposta, com registro Anvisa divergente.

Registro ANVISA do item ofertado na proposta: 10098710069

Registro ANVISA do item recebido como amostra: 80155470346 (Anexo SEI nº 0021883686, pág. 2)

( ) Adequada ( X ) inadequada ( ) Não se aplica

### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta.

( ) Adequada ( X ) inadequada ( ) Não se aplica

### CONCLUSÃO: **REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 28/06/2024, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/07/2024, às 07:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021874125** e o código CRC **AC8B4CF5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

**Uniqmed**<sup>®</sup>

**Aglhas para Coleta Múltipla  
com Dispositivo de Segurança**

**25x0,8mm**

**21Gx1"**

**Contém 1 unidade**

**IMPORTADOR:**

ASTRA CIENTIFICA EIRELI  
Rua Martinico Prado, nº 26 - CJ 134, Vila Buarque  
CEP: 01224-010, São Paulo - SP  
Resp. Técnico: Maria Lúcia Buchalla Decresci - CRBM: 9312  
ANVISA/MS: 80155470346  
CNPJ: 05.431.736/0001-38

**FABRICANTE:**

YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD  
Nº 108, Jinshan Road Economic Development Zone,  
Yangzhou, China

**STERILE EO**



PN: SAFBCN-2508



202220223



23/02/2022



22/02/2027

**Uniqmed**® Agulhas para Coleta Múltipla  
com Dispositivo de Segurança

**25x0,7mm** **22Gx1"**

**Contém 1 unidade**

**IMPORTADOR:**  
ASTRA CIENTIFICA EIRELI  
Rua Martinico Prado, nº 26 - Cj 134, Vila Buarque  
CEP: 01224-010, São Paulo - SP  
Resp. Técnico: Maria Lucia Buchalla Decresci - CRBM: 9312  
ANVISA/MS: 80155470346  
CNPJ: 05.431.736/0001-38

**FABRICANTE:**  
YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD  
Nº 108, Jinsan Road Economic Development Zone,  
Yangzhou, China

**STERILE EO**



PN: SAFBCN-2507  
**LOTE** 20220822  
 22/08/2022  
 21/08/2027