

MEMORANDO SEI Nº 0021409546/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 185/2024.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI nº 0021407057 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo atende ao descritivo?	8.10.11 - Registro ANVISA	8.10.12 - Prospecto/Ficha técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
1	25068 - BOLSA COLETORA PARA URINA COM POSICIONAMENTO DE PERNA BOLSA COLETORA PARA URINA COM SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE PERNA, EM MATERIAL FLEXÍVEL, COM CAPACIDADE DE 750 ML, SISTEMA ANTI REFLUXO E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO MS /ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	FESTMED COMERCIO IMPORTACAO LTDA	E ADVANTIVE	ADVANTIVE	De acordo	10296900159, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, porém, não é referente a bolsa coletora de urina com posicionamento de perna. A marca ofertada possui registro Anvisa específico para bolsa coletora para urina com posicionamento de perna.	Apresentou ficha referente a bolsa coletora de urina comum, sem posicionamento de perna.	-----	Apesar da proposta indicar item de acordo com o edital, a empresa apresentou registro Anvisa e ficha técnica de bolsa coletora de urina sem posicionamento de perna. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.11 e 8.10.12 do edital.
2	19097 - CURATIVO NAO ADERENTE 7,5 X 20 CM CURATIVO NAO ADERENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM COMPOSTO DE UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM UMA EMULSÃO DE PETROLATUM OU MATERIAL DE SILICONE. PERMITIR RECORTES NAO DESPRENDENDO PARTICULAS, PERMITE LAVAR A FERIDA ATRAVES DOS ORIFICIOS DO	Peça	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DBS	Pielsana	De acordo	80175820002, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Exige	A empresa indicou na proposta medidas de acordo com o edital, porém, apesar do edital não exigir, apresentou ficha técnica de curativos com medidas divergentes. Afim de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras que serão reprovadas caso não atendam o descritivo do edital, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado

	MATERIAL. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.								atende as seguintes exigências do edital: 1- MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM. Caso confirme o atendimento às medidas, a proposta está classificada; caso negativo, a proposta está reprovada.
3	9834 - FITA REAJUSTÁVEL DE PERNA, PARA BOLSA COLETORA FITA REAJUSTÁVEL DE PERNA PARA FIXAR BOLSA COLETORA DE URINA, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA NO MÍNIMO 85% EM NYLON, RESTANTE EM VISCOSE, ALGODÃO E LATEX (BORRACHA NATURAL), CONTENDO VELCRO E BOTÕES DE POLIPROPILENO. DE FORMA QUE PERMITA SER INTRODUZIDAS EM PASSADORES DE BOLSA DE COLETA DE URINÁRIO E FIXAS A PERNA DO USUÁRIO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, REG. MS/ ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	Pç.	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Coloplast / Coloplast A/S	Fita de Perna com Botões COLOPLAST A/S	De acordo	10430319032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Exige	Proposta de acordo com o edital. Classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/05/2024, às 10:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021409546** e o código CRC **8E3ED2EB**.