



**MEMORANDO SEI Nº 0021987314/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 08 de julho de 2024.

À

**SES.UAD.ACM**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 234/2024.

**Objeto:** Aquisição de equipamento para o Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva do Centrinho de Joinville.

Em atenção ao documento SEI nº 0021987314, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	Parecer
1	41150 - PEATE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR EXAMES ELETROFISIOLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO ESPECIALMENTE EM BEBÊS, CRIANÇAS OU DEMAIS PACIENTES QUE NÃO REALIZAM ADEQUADAMENTE OUTROS EXAMES AUDIOLÓGICOS CONVENCIONAIS, COMO POR EXEMPLO, AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR. EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO. REALIZA TESTES E EXAMES OBJETIVOS PARA MEDIÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE POTENCIAIS AUDITIVOS EVOCADOS DE LATÊNCIAS CURTAS E OTOEMISSIONES ACÚSTICAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR TESTES DE EMISSIONES OTOACÚSTICAS EVOCADAS (EOA), POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO	Unidade	1	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA	Modelo: Eclipse + ASSR + OAE. Interacoustics	De acordo	10356020094 - Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital. Proposta aprovada.

(PEATE/BERA/ABR) E RESPOSTAS AUDITIVAS DE ESTADO ESTÁVEL (RASS), SENDO DE DOIS CANAIS PARA DIAGNÓSTICO DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - POSSUIR DOIS CANAIS; - REALIZAR MEDIÇÕES DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS (EOA) EVOCADAS TRANSIENTES (TE) E POR PRODUTO DE DISTORÇÃO (DP); - REALIZAR TESTE DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E TRIAGEM (PEATE/BERA/ABR); - REALIZAR TESTE AUTOMÁTICO DE RAEE (ASSR) E DEVERÁ VIR COM ALGORITMO DUPLO DE DETECÇÃO DE ASSR (ESTADO ESTÁVEL); - REALIZAR PESQUISA DE LIMAR ELETROFISIOLÓGICO COM TODOS OS ESTÍMULOS E TAMBÉM POR FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS; - POSSIBILITAR QUE EXAMES SEJAM PROGRAMÁVEIS E PROTOCOLOS MODIFICÁVEIS PELO USUÁRIO/PROFISSIONAL QUE OPERE O EQUIPAMENTO; - EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR/FORNECER PROTOCOLOS DE EABR; - POSSUIR SOFTWARE(S) QUE REALIZE EOA TRANSIENTE, EOA DISTORÇÃO E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO; - OS SOFTWARE(S) DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM SISTEMA WINDOWS 8 OU ATÉ O ATUAL, HARDWARE SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOINVILLE; - PRESENÇA DE ALGORITMO QUE MINIMIZE RUÍDOS E ARTEFATOS ELETROMAGNÉTICOS DISPENSANDO SEDAÇÃO DO PACIENTE. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luisa Molz, Servidor(a) Público(a)**, em 11/07/2024, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2024, às 15:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021987314** e o código CRC **EA8F7280**.