



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0014310246/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 15 de setembro de 2022.

À SAP.LCT

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0014309792), verificamos que a empresa já encaminhou as amostras para o item 31. Tais amostras foram analisadas pela equipe cirúrgica do Hospital Municipal São José. Conforme parecer técnico 0014277083, a equipe cirúrgica verificou que o produto ofertado possui baixa absorção de líquidos, como sangue e soro, não atendendo as necessidades assistenciais. Ademais, informamos que as amostras entregues possuem o registro na Anvisa n° 10181820022, diferente do número do registro constante na proposta (10181829020). **Proposta reprovada.**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 15/09/2022, às 15:03, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014310246** e o código CRC **952E7269**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4

0014310246v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 31

912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORM
ANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.
FORNECEDOR: OPEN FARMA
MARCA: MEDI HOUSE
LOTE: 22050632
REGISTRO (ANVISA): 10181820022
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada Inadequada () Não se aplica

absorção de conteúdo líquido ineficaz.

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

BAIXA absorção de líquidos, sangue, soro.

DATA: / /

12/09/22

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. André Carminatti Lima
 Cirurgia Esp. Digestivo (RQE 1461)
 CRM/SC 18351