



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPMes, para uso das especialidades de cirurgia geral e exames diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTO:

Recebido em 14 de maio de 2021 às 11:55 (documento SEI 9220194).

1º Questionamento: Sobre o item 18: O kit deverá contemplar 1 (um) tambor ou 2 (dois) tambores com no mínimo 6 (seis) unidades de elásticos em cada tambor?

Resposta: Considerando que tal questionamento possui caráter técnico, informamos que encaminhamos Memorando ao setor responsável que nos retornou a seguinte resposta: "informamos que o kit deve contemplar um tambor de ligaduras com no mínimo 6 unidades de elásticos", por meio do Memorando HMSJ.UAD.AOPM 9236645, assinado pela Sra. Rosimere Barbosa Gomes Utpadel Luiz.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 17/05/2021, às 14:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9238198** e o código CRC **D0162B9F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br