



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010583237/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Informamos que a amostra apresentada pela empresa venkuri Ind. de Prod. Médicos Ltda para o item 28 foi REPROVADA; conforme Parecer Técnico 0010583196, na análise verificou-se que este não apresentava a bolsa coletora de fluídos, não atendendo assim, o descritivo exigido no edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 28/09/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010583237** e o código CRC **D4E4FB91**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010583237v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 28- CAMPO OFTALMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL

DESCRIÇÃO: 910838 - CAMPO OFTALMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. COM BOLSA PLASTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TECNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRACAO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRACAO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANÇA E SAÚDE.

FORNECEDOR: VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

MARCA: TENCYL OVER

LOTE: T26015

REGISTRO (ANVISA): 10366900018

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: - no manual, de como colocar o campo aparece um bag (saco) plástico que não tem no campo.

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Necessitamos de um campo com plástico para isolamento do olho e prevenção de infecção e bag (saco) para coletar líquidos ulteriores no intra - op.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

Prezamos de campo com bag - saco

Dra. Tatiana R. Rayes

Oftalmologia
CRM 13841

DATA: 27/05/21

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO