

MEMORANDO SEI N° 0021738808/2024 - SES.GTO

Joinville, 18 de junho de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 153/2024**

Prezados(a).

Apresentamos nossa análise para os materiais recebidos para amostra, abaixo relacionados.

**ITEM 50-**

DESCRIÇÃO	25816 - LIMA ROTATÓRIA 0,25/06 21 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,25/06, 21 MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006 vigente

LOTE	231105
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada  Não se aplica

**CONCLUSÃO: Aprovado**

#### ITEM 51-

DESCRIÇÃO	25817 - LIMA ROTATÓRIA 0,30/07 21 MM IMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,30/07, 21MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006
LOTE	230620

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades
----------------------------------	------------

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: material apresentado para amostra tem medidas 30.06 - 21mm enquanto o licitado deve ter medidas 30.07 - 21mm

( ) Adequada ( x ) inadequada ( ) Não se aplica

### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: Reprovado**

## ITEM 52-

DESCRIÇÃO	25818 - LIMA ROTATÓRIA 0,40/06 21 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,40/06,21MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006. Vigente
LOTE	240308
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: Aprovado**

ITEM 54

DESCRIÇÃO	25820 - LIMA ROTATÓRIA 0,17/04 25 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,17/04, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006. Vigente
LOTE	231105
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: Aprovado**

### **ITEM 55**

DESCRIÇÃO	25821 - LIMA ROTATÓRIA 0,25/06 25 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,25/06, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006. Vigente
LOTE	240301
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

### **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

### **EMBALAGEM**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

Adequada  inadequada  Não se aplica

### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Adequada  inadequada  Não se aplica

**CONCLUSÃO: Aprovado**

### **ITEM 56-**

DESCRIÇÃO	25822 - LIMA ROTATÓRIA 0,30/07 25 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,30/07,25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006
LOTE	230620
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

### **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos:

Adequada  inadequada  Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: material apresentado para amostra tem medidas 30.06 - 25mm enquanto o licitado deve ter medidas 30.07 - 25mm

Adequada  inadequada  Não se aplica

## **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: reprovado**

### **ITEM 57-**

DESCRIÇÃO	25823 - LIMA ROTATÓRIA 0,40/06 25 MM LIMAS EM NÍQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,40/06, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
MARCA	UNIVY
REGISTRO ANVISA	80837679006
LOTE	240308
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

## **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

### **EMBALAGEM**

Apontamentos: Material apresentado em embalagem tipo caixa de papel, contendo 1 kit com 1 bisnaga de pasta base, 1 bisnaga de pasta catalizador e 1 bloco de espatulação, devidamente identificado e com tampa de segurança. Embalagem não apresenta manual de instruções de uso ou bula do produto.

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: Aprovado**

Informo que para os itens 53 e 58 não foram apresentadas amostras. A embalagem contendo as amostras e a documentação referente às mesma, foi entregue nesse setor aberta na lateral. As amostras foram analisadas com base no item 11.1 do edital:

**11.2** - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato  
**Apoio Técnico da GTO**



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 18/06/2024, às 12:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021738808** e o código CRC **7FC83E97**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.040106-8

0021738808v8



# DENTAL BONSUCESSO

## PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 02.482.141/0001-13

INSC. ESTADUAL: 86.331.829

### ANEXO VIII MODELO DE ENTREGA DE AMOSTRAS PREGÃO Nº 153/2024

#### IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

Razão Social/Nome: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA  
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463 – JARDIM GUANABARA - CEP 21931-383  
CNPJ/CPF/MF: 02.482.0001-13

Ao Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde

Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2024

\*Quantidade entregue (amostras) – 4 UNIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	LOTE
50	25816 - LIMA ROTATÓRIA 0,25/06 21 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,25/06, 21 MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY / Univy New 25.06, 21mm	231105
51	25817 - LIMA ROTATÓRIA 0,30/07 21 MM IMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,30/07, 21MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY NEW / Univy New 30.06, 21mm	230620
52	25818 - LIMA ROTATÓRIA 0,40/06 21 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,40/06, 21MM DE COMPRIMENTO CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY / Univy Sense (40.06) 21mm	240308
53	25819 - LIMA ROTATÓRIA 0,50/06 21 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,50/06, 21MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	TDK / XFILE	
54	25820 - LIMA ROTATÓRIA 0,17/04 25 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,17/04, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY / Univy New 17.04, 25mm	231105
55	25821 - LIMA ROTATÓRIA 0,25/06 25 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,25/06, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY / Univy New 25.06, 25mm	240301
56	25822 - LIMA ROTATÓRIA 0,30/07 25 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,30/07, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	UNIVY / Univy New 30.06, 25mm	230620
57	25823 - LIMA ROTATÓRIA 0,40/06 25 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,40/06, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	Univy Sense (40.06) 25mm	240308
58	25824 - LIMA ROTATÓRIA 0,50/06 25 MM LIMAS EM NIQUEL TITÂNIO EM SUA PARTE ATIVA, ROTATÓRIAS COM BORDAS CORTANTES EM ÂNGULO HELICOIDAL VARIÁVEL COMPATÍVEL COM MOTOR X-SMART PLUS. ESTERILIZÁVEL A VALOR ÚMIDO A 134° C; COM CONICIDADE 0,50/06, 25 MM DE COMPRIMENTO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, ISENCAO REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	150	TDK/ XFILE	



DENTAL BONSUCESSO

ESTRADA DO GALEÃO, 1463  
RIO DE JANEIRO – RJ CEP: 21931-383  
TELFAX: (21) 2462-5560

# **DENTAL BONSUCESSO**

**PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

**CNPJ: 02.482.141/0001-13**

**INSC. ESTADUAL: 86.331.829**

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: LUIZ ARMANDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 029.035.947-32

Cargo/Função: SÓCIO-ADMINISTRADOR



**DENTAL BONSUCESSO**

**DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

**LUIZ ARMANDO PEREIRA DA SILVA**

**SOCIO DIRETOR**

**IDENTIDADE 10168274-8**

**CPF: 029035947-32**

---

**ESTRADA DO GALEÃO, 1463  
RIO DE JANEIRO – RJ CEP: 21931-383  
TELFAX: (21) 2462-5560**






**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY NEW - ROTATÓRIA**  
**#25.06- 25mm (2N.cm/400rpm)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

**It. 55**

REF: UN250625  
 LOT: 240301  
 5 anos  
 01/03/2024

764460 708295

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY SENSE - REC** **It. 54**  
**#40.06- 25mm (3)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

REF: US400625  
 LOT: 240308  
 5 anos  
 08/03/2024

764460 711004

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY NEW - ROTATÓRIA**  
**#25.06- 21mm (2N.cm/400rpm)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

**It. 50**

REF: UN250621  
 LOT: 231105  
 5 anos  
 05/11/2023

764460 708411

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY NEW - ROTATÓRIA**  
**#30.06- 21mm (2N.cm/400rpm)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

**It. 58**

REF: UN300621  
 LOT: 220620  
 5 anos  
 20/06/2023

764460 710342

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY NEW - ROTATÓRIA**  
**#30.06- 25mm (2N.cm/400rpm)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

**It. 51**

REF: UN300625  
 LOT: 230620  
 5 anos  
 20/06/2023

764460 710311

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY NEW - ROTATÓRIA**  
**#17.04- 25mm (1N.cm/400rpm)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

**It. 54**

REF: UN170425  
 LOT: 231105  
 5 anos  
 05/11/2023

764460 708264

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com




**UNIVY**  
 Não estéril Autoclavável Uso único

**UNIVY SENSE - REC** **It. 52**  
**#40.06- 21mm (3)**

Contém: 4 Unidades Composição: NiTi  
 Reg. prod.: 80837679006

REF: US400621  
 LOT: 240308  
 5 anos  
 08/03/2024

764460 711011

Uso exclusivo de profissional da Odontologia.

**Importado e distribuído por:**  
 Universo Odonto Imp, Exp e Dist. Prod. Odont. Ltda  
 CNPJ.: 12.591.166/0001-09 SAC:+55 11 2865-8054  
 Resp. Téc.: Milton Fonseca CRO nº: 23.212  
**Univy Technology Advanced Co. Ltd**  
 www.univytechnology.com

DE: ÁREA DE CADASTRO DE MATERIAIS  
 PARA: SES.GTO  
 AMOSTRAS PARA ANÁLISE - PREGÃO 15312024.  
 EMPRESA: DENTAL BONSUCESSO

Os itens constam descritos na nota fiscal porém não foram conferidos.

Item	Código	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade de amostras
50	25816	Lima Rotatória 0.25/06	UNIDADE	Não verificado
51	25817	Lima Rotatória 0.30/07	UNIDADE	Não verificado
52	25818	Lima Rotatória 0.40/06	UNIDADE	Não verificado
53	25819	Lima Rotatória 0.50/06	UNIDADE	Não verificado
54	25820	Lima Rotatória 0.17/04	UNIDADE	Não verificado
55	25821	Lima Rotatória 0.25/06	UNIDADE	Não verificado
56	25822	Lima Rotatória 0.30/07	UNIDADE	Não verificado
57	25823	Lima Rotatória 0.40/06	UNIDADE	Não verificado
58	25824	Lima Rotatória 0.50/06	UNIDADE	Não verificado

RETIRADO POR: Tengio AP Bouchardo  
 DATA: 18/06/2024

*WAO apresentada Detran SP*

OPE: 87076608 ESTAÇÃO: 118

001



DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 50

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 51

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 52

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 54

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 55

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 56

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 024821410001-13

PREF JOINVILLE - PE 153/2024

AMOSTRA ITEM 57