



MEMORANDO SEI Nº 0021473640/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de maio de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 210/2024.**Objeto:** Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021473624), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Prospecto	10.16 do Termo de Referência-Comodato	Análise
1	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	Ampola	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK/ SP220	De acordo	Apresentou	Ofertou incubadoras da marca BIONOVA/ MINIBIO	<p>O edital exige o fornecimento de 90 (noventa) incubadoras em comodato, compatíveis com os testes ofertados, bem como, os insumos para funcionamento e leitura.</p> <p>Na proposta a empresa indicou em comodato as incubadoras da marca Bionova modelo Minibio; na proposta é indicado que esta incubadora possui 3 cavidades de IB's e 1 cavidade de trituração de ampola. O edital exige que as incubadoras atendam as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Incubadora com 4 (quatro) orifícios: compatível com os testes biológicos fornecidos; com leitura em até 3 (três) horas, por método de fluorescência; com no mínimo 4 (quatro) orifícios para INCUBAÇÃO, alimentação 220 V ou bivolt automático.</p> <p>Frente ao exposto, solicitamos que a</p>

