

ANÁLISE SEI Nº 0021874250/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de junho de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 262/2024

ITEM 3 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)

DESCRIÇÃO	44126 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
MARCA	UNIQMED
REGISTRO ANVISA	10098710069 do item ofertado na Proposta 80155470346 do item recebido como Amostra
LOTE	20220223
QUANTIDADE RECEBIDA	

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O item ofertado tem problemas de conexão. Ao retirar a tampa protetora da agulha verificou-se que a parte que será inserida no paciente se solta do restante do conjunto (agulha que será inserida no tubo e adaptador), trazendo risco de contaminação do produto e atraso à assistência. A empresa encaminhou amostras de produto diferente do ofertado na proposta, com registro Anvisa divergente.

Registro ANVISA do item ofertado na proposta: 10098710069

Registro ANVISA do item recebido como amostra: 80155470346 (Anexo SEI nº 0021883686, pág. 1)

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Ao retirar a tampa protetora da agulha verificou-se que a parte que será inserida no paciente se solta do restante do conjunto (agulha que será inserida no tubo e adaptador), trazendo risco de contaminação do produto e atraso à assistência.

 Adequada inadequada Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 28/06/2024, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/07/2024, às 07:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021874250** e o código CRC **8C231A58**.

Uniqmed[®]

**Aglhas para Coleta Múltipla
com Dispositivo de Segurança**

25x0,8mm

21Gx1"

Contém 1 unidade

IMPORTADOR:

ASTRA CIENTÍFICA EIRELI
Rua Martinico Prado, nº 26 - CJ 134, Vila Buarque
CEP: 01224-010, São Paulo - SP
Resp. Técnico: Maria Lúcia Buchalla Decresci - CRBM: 9312
ANVISA/MS: 80155470346
CNPJ: 05.431.736/0001-38

FABRICANTE:

YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD
Nº 108, Jinshan Road Economic Development Zone,
Yangzhou, China

STERILE EO



PN: SAFBCN-2508



202220223



23/02/2022



22/02/2027

Uniqmed® Agulhas para Coleta Múltipla
com Dispositivo de Segurança

25x0,7mm **22Gx1"**



Contém 1 unidade

IMPORTADOR:
ASTRA CIENTIFICA EIRELI
Rua Martinico Prado, nº 26 - Cj 134, Vila Buarque
CEP: 01224-010, São Paulo - SP
Resp. Técnico: Maria Lucia Buchalla Decresci - CRBM: 9312
ANVISA/MS: 80155470346
CNPJ: 05.431.736/0001-38

FABRICANTE:
YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD
Nº 108, Jinsan Road Economic Development Zone,
Yangzhou, China

STERILE EO



PN: SAFBCN-2507
LOTE 20220822
 22/08/2022
 21/08/2027