



MEMORANDO SEI N° 0021460139/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de maio de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **210/2024**.

Objeto: Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0021459239), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Prospecto	Questionamentos da análise preliminar	Parecer
1	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE	MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAXXIMED MODELO: CLICKTEST 3 H IBVF3H	De acordo	Apresentou	<p>[...]</p> <p>Frente ao exposto, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- A empresa fornecerá todas as incubadoras configuradas, calibradas e prontas para uso?</p> <p>2- É possível realizar a visualização do resultado dos testes diretamente na incubadora, sem a utilização de rede wifi ou impressoras?</p> <p>Caso a resposta aos questionamentos seja positiva, a proposta da empresa está aprovada.</p>	<p>Considerando a confirmação da empresa de que todas as incubadoras serão entregues configuradas, calibradas e que todos os resultados dos testes podem ser verificados no painel da incubadora sem necessidade de wi-fi e impressora, a proposta está aprovada.</p>

2	40720 PASTILHA REAGENTE DPD	- FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Quest	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou documentação referente a diversos produtos, não deixando claro qual o item ofertado.	[...] Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme se o item ofertado é o descrito como "reagente DPD em pastilha" no documentação técnica apresentada. 2- Que a pastilha ofertada é compatível com o colorímetro da marca Del Lab, Modelo DLA-CL CLOOR.	Considerando a confirmação da empresa de que o item ofertado é em pastilha e que é compatível com o aparelho DLA CL CLOOR, a proposta está aprovada.
---	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	---	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/05/2024, às 16:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021460139** e o código CRC **0D3FE00E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.064536-6

0021460139v4