



ANÁLISE SEI N° 0021201380/2024 - SES.GTO

Joinville, 03 de maio de 2024.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **078/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

ANÁLISE DE AMOSTRA

ITEM 11

DESCRIÇÃO	22363 - CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALTURA 4 MM CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALTURA DE 04 MM COM PLATAFORMA PROTETICA DE 3.3 MM, PAREDES DIVERGENTES COM 04 MM DE ALTURA, HEXOGANO EXTERNO DE 1 MM DE ALTURA, COMPATIVEL COM KIT PROTETICO E CIRURGICO NEODENT.
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290089002- Vigente
LOTE	2105293
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Aprovado

ITEM 12-

DESCRIÇÃO	22361 - CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALTURA 5 MM CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 X 5MM COM PLATAFORMA PROTETICA DE 3.3 MM, PAREDES DIVERGENTES 05 MM DE ALTURA,COMPATIVEL COM KIT PROTETICO E CICURGICO NEODENT
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290089002- Vigente
LOTE	2303126

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades
----------------------------------	------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Aprovado**ITEM 39-**

DESCRIÇÃO	18583 - IMPLANTE EM TITÂNIO 3.3 x 09 MM PLATAFORMA 3.3, DE DIÂMETRO 3.3 E COMPRIMENTO DE 9,0 MM (3.3 X 9,0 MM), DE CORPO CILÍNDRICO COM INTERFASE HEXÁGONO EXTERNO, DUPLA ROSCA, DE ALTO PODER DE CORTE, COMPATÍVEL COM PLATAFORMA PROTÉTICA HEXAGONO EXTERNO NEODENT.
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290080001- Vigente
LOTE	2303453
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada possui medidas de 3.3 x 8.5mm, sendo diferente do material licitado que deve ter medidas de 3.3 x 9.0 mm.

() Adequada (x) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO.**ITEM 40**

DESCRIÇÃO	18584 - IMPLANTE EM TITÂNIO 3,3 x 11 MM PLATAFORMA 3.3, DE DIÂMETRO 3.3 E COMPRIMENTO DE 11,0 MM (3.3 X 11,0 MM), DE CORPO CILÍNDRICO COM INTERFASE HEXÁGONO EXTERNO, DUPLA ROSCA, DE ALTO PODER DE CORTE, COMPATÍVEL COM PLATAFORMA PROTÉTICA HEXAGONO EXTERNO NEODENT
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290080001- Vigente
LOTE	2402330
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

ANÁLISE

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada possui medidas de 3.3 x 11.5mm, sendo diferente do material licitado que deve ter medidas de 3.3 x 11 mm

() Adequada (x) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO.

ITEM 41

DESCRIÇÃO	18586 - IMPLANTE EM TITÂNIO 4.1 x 11 MM PLATAFORMA 4.1, DE DIÂMETRO 3.75 E COMPRIMENTO DE 11,0 MM (3.75 X 11,0 MM), DE CORPO CILÍNDRICO COM INTERFASE HEXÁGONO EXTERNO, DUPLA ROSCA, DE ALTO PODER DE CORTE, COMPATÍVEL COM PLATAFORMA PROTÉTICA HEXAGONO EXTERNO NEODENT
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290080001- Vigente
LOTE	2402330
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada possui medidas de 3.75 x 11.5mm, sendo diferente do material licitado que deve ter medidas de 3.75 x 11 mm

() Adequada (x) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO.

ITEM 51

DESCRIÇÃO	22367 - PARAFUSO DE COBERTURA 3.3 HE PARAFUSO DE COBERTURA DO IMPLANTE COM PLATAFORMA PROTÉTICA DE 3,3 MM, FEITO EM TITANIO, PARA CHAVE BIDIGITAL DE 0,9MM, COMPATÍVEL COM KIT PROTÉTICO NEODENT. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290080003- Vigente
LOTE	2307373

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades
----------------------------------	------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada possui medidas de 3.3 x 11.5mm, sendo diferente do material licitado que deve ter medidas de 3.3 x 11 mm

Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO.

ITEM 52

DESCRIÇÃO	22368 - PARAFUSO DE COBERTURA 4.1 HE PARAFUSO DE COBERTURA DO IMPLANTE COMPLATAFORMA PROTETICA DE 4.1 MM, FEITO EM TITANIO, PARA CHAVE BIDIGITAL DE 0,9MM, COMPATIVEL COM KIT PROTETICO NEODENT. ACONDICIONADA EM EMBALAGEMSEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE,VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIRDA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
FORNECEDOR	SYSTHEX
MARCA	SYSTHEX
REGISTRO ANVISA	80290080003- Vigente
LOTE	2402102
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada possui medidas de 3.3 x 11.5mm, sendo diferente do material licitado que deve ter medidas de 3.3 x 11 mm

Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO.

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato
Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 03/05/2024, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021201380** e o código CRC **E2FADCC7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.011708-4

0021201380v8