



MEMORANDO SEI Nº 0021474013/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 210/2024.

Objeto: Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021473624), segue a análise solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Proposta de acordo com o edital? | 8.10 a- Prospecto | 10.16 do Termo de Referência-Comodato | Análise |
|------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 2 | 40720 - PASTILHA REAGENTE DPD Pastilha DPD, determinação cloro residual livre, faixa 0 a 4 mg/l, para amostra de 10ml. Compatível com o colorímetro de marca Del Lab, Modelo DLA-CL CLORO. | Unidade | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUIMAFLEX/ QF-DPD | De acordo | Apresentou documentação referente a reagente DPD em pó e o edital exige em pastilha | ----- | O edital exige reagente em forma de pastilha e a empresa ofertou em pó. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/05/2024, às 15:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021474013** e o código CRC **B3D6999E**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.064536-6

0021474013v5