



MEMORANDO SEI Nº 0021917813/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de julho de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Proposta.

Pregão Eletrônico 262/2024 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (agulhas).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021915157), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd	Empresa	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Amostra	Parecer
1	44125 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER	Unidade	125.924	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA/ME	UNIQMED	De acordo	80155470346- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	A proposta atende às especificações técnicas descritas no edital, porém, a empresa ofertou material que já teve amostras analisadas e reprovadas no presente processo. Conforme documento SEI nº 0021874125, durante a análise, constatou-se que "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida

	TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA								<i>expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta".</i> Com o intuito de não causar prejuízos à licitante e aumento dos prazos para a finalização do processo com novas análises de amostras de material cuja marca já foi reprovado anteriormente, indicamos a reprovação da proposta.	
2	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Lote 1	Unidade	125.924	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA/ME	UNIQMED	De acordo	80155470343- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Exige	Proposta de acordo com o edital.
3	44126 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	291.282	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA/ME	UNIQMED	De acordo	80155470346- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	A proposta atende às especificações técnicas descritas no edital, porém, a empresa ofertou material que já teve amostras analisadas e reprovadas no presente processo. Conforme documento SEI nº 0021874250, durante a análise, constatou-se que <i>"O item ofertado tem problemas de conexão. Ao retirar a tampa protetora da agulha verificou-se que a parte que será inserida no paciente se solta do restante do conjunto (agulha que será inserida no tubo e adaptador), trazendo risco de contaminação do produto e atraso à assistência."</i> Com o intuito de não causar prejuízos à licitante e aumento dos prazos para a finalização do processo com novas análises de amostras de material cuja marca já foi reprovado anteriormente,

										indicamos a reprovação da proposta.
4	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	291.282	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA/ME	UNIQMED	De acordo	80155470343- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Exige	Proposta de acordo com o edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 02/07/2024, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021917813** e o código CRC **981E1003**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.099845-5

0021917813v10