

MEMORANDO SEI Nº 0021416697/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 185/2024.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021416532), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo atende ao descritivo?	8.10.11 - Registro ANVISA	8.10.12 - Prospecto/Ficha técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
2	19097 - CURATIVO NAO ADERENTE 7,5 X 20 CM CURATIVO NAO ADERENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM COMPOSTO DE UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM UMA EMULSÃO DE PETROLATUM OU MATERIAL DE SILICONE. PERMITIR RECORTES NAO DESPRENDENDO PARTICULAS, PERMITE LAVAR A FERIDA ATRAVES DOS ORIFICIOS DO MATERIAL. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Peça	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PETROLATUM	Petrolatum	De acordo	80225200016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, referente a várias medidas, inclusive a produto com medida de 7,6 cm X 20,3 cm, dentro da faixa de medidas exigidas no edital.	-----	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/05/2024, às 15:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021416697** e o código CRC **A48CD53F**.