



MEMORANDO SEI N° 0021436682/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 22 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 146/2024.

Objeto: Aquisição de Próteses Mamárias e Expansores para Cirurgia de Reconstrução em Pacientes Mastectomizadas em Oncologia, para o Hospital Municipal São Jose por meio de Sistema de Registro de Preços.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue análise realizada referente ao Memorando 0021433549:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	Avaliação Técnica
1	40594 - EXPANSOR TECIDUAL EM SILICONE Expansor de tecido liso nos formatos redondo, retangular, crescente e elíptico com válvula remota de injeção, reforço frontal na porta do domo de injeção, para evitar vazamento retro fluxo, com polo de cobertura reforçado para expansão no formato indicado clinicamente. Volume variável de, pelo menos, 200cc à 800cc, largura variável de 6,0 à 15cm, altura variável de 4cm à 7,9cm e com projeções (perfis) e alturas variáveis de 2,3cm à 7,8cm. Deverá ser fornecido estéril em embalagem que permita abertura asséptica, contendo lote, validade e nº Registro na ANVISA.	SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA	SILIMED	SILIMED	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u> Ao analisar a proposta e o catalogo em anexo no documento SEI nº 0021430007, verificamos que os volumes apresentados estão em desacordo com o edital e a proposta.
2	40592 - PRÓTESE MAMÁRIA REDONDA implante mamário formato redondo, com gel de silicone coesivo e de superfície texturizada, tamanho variável de 200 à 800cc, com intervalos máximos de 25cc entre os tamanhos, diâmetro variável de 7 à 17cm e projeções (perfis) alto,	SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA	SILIMED	SILIMED	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u> Ao analisar a proposta e o catalogo em anexo no documento SEI nº 0021430007, verificamos que os volumes apresentados estão em

	médio e baixo, variando de 1,9 à 7cm. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização, responsável técnico e etiquetas adesivas destacáveis.				desacordo com o edital e a proposta.
3	40593 - PRÓTESE MAMÁRIA ANATÔMICA Prótese mamária anatômica, em silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, formato anatômico, superfície texturizada, com variações de volume mínimo de 200 à 650ml. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização, responsável técnico e etiquetas adesivas destacáveis. (material especial).	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA	- SILIMED	SILIMED	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u> Ao analisar a proposta e o catalogo em anexo no documento SEI nº 0021430007, verificamos que os volumes apresentados estão em desacordo com o edital e a proposta.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 22/05/2024, às 16:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Rosana Lopes, Coordenador(a)**, em 22/05/2024, às 16:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021436682** e o código CRC **2EB8D78C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.039277-8

0021436682v8