



MEMORANDO SEI Nº 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de julho de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Proposta.

Pregão Eletrônico 262/2024 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (agulhas).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0022101021), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd	Empresa	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Amostra	Parecer
1	44125 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO	Unidade	125.924	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	FIRSTLAB / JIANGSU RONGYE	De acordo	81628880025- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	De acordo

	MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA									
2	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Lote 1	Unidade	125.924	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	VACUPLAST	Indicou descrição parcial do item, não informando o tamanho da embalagem	10379860084- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital.
3	44126 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	291.282	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	FIRSTLAB / JIANGSU RONGYE	De acordo	10379860084- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	De acordo
4	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE,	Unidade	291.282	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	VACUPLAST	Indicou descrição parcial do item, não informando o tamanho da embalagem	10379860084- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital.

PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO
M.S./ANVISA.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/07/2024, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022101187** e o código CRC **D4E23D42**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.099845-5

0022101187v4