



## MEMORANDO SEI Nº 0021706144/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de junho de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto: Análise Técnica de Proposta.**

Pregão Eletrônico 262/2024 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (agulhas).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021705820), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd	Empresa	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Amostra	Parecer
3	44126 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA	Unidade	291.282	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA	ALL LAB	De acordo	81140329003	Apresentou, porém não há nenhuma informação acerca do produto possuir dispositivo de segurança conforme NR32.	Exige	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, a documentação técnica apresentada não trás nenhuma informação acerca da exigência de dispositivo de segurança conforme NR32. Para continuidade na análise, haveria a necessidade da empresa confirmar se a agulha ofertada possui dispositivo de segurança

	AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.								conforme NR32, porém, considerando que o item 4 que faz parte do mesmo lote não atendeu as exigências do edital, não haverá a necessidade de questionamento.	
4	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	291.282	<b>UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA</b>	DESCARPACK	Em desacordo com edital em relação a quantidade de apresentação	10330660342	Apresentou, porém, em desacordo com o edital quanto a quantidade de apresentação na embalagem.	Exige	O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na proposta e na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 200 unidades. <b>Proposta reprovada por não atender as exigências do edital.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/06/2024, às 14:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021706144** e o código CRC **4FEB3AAE**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.099845-5

0021706144v4