



MEMORANDO SEI Nº 0021745353/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de junho de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 245/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais para as Práticas Integrativas e Complementares.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021745056), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Parecer
5	24428 - LASER PARA ACUPUNTURA LASER TERAPÊUTICO INFRAVERMELHO; COM LASER VERMELHO COM OPERAÇÃO EM 660 NM E LASER INFRAVERMELHO COM OPERAÇÃO ENTRE 806 NM E 840 NM; BASE CONFECCIONADA EM MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; DISPLAY E BOTÕES/TECLAS PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V OU BIVOLT; BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS COM CARGA MÁXIMA; ACOMPANHA: 01 CABO PARA CANETA; CANETA (S) COMPATÍVEL (IS) COM O EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO; 01 CABO PARA CONEXÃO DA CANETA AO	Unidade	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARKTUS	De acordo	10360310041- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, porém, não resta claro que o item atende na íntegra as exigências do edital	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica não foi possível confirmar o atendimento a todas as exigências. Aprovação condicionada a empresa confirmar: 1- Que o item possui alimentação elétrica 220 V ou bivolt; 2- Que a bateria possui autonomia mínima de 4 horas com carga máxima; 3- que o item acompanha: A- 01 caneta Probe 3 bramed - Laser

	<p>EQUIPAMENTO; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL; 1 ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR PARA O PACIENTE; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; BATERIA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O IDEAL FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>					<p>Vermelho 660nm para Novo Laserpulse Portátil (conforme ficha técnica apresentada pela empresa)</p> <p>B- 01 caneta Probe 4 Ibramed - Laser Infravermelho 808nm para Novo Laserpulse Portátil (conforme ficha técnica apresentada pela empresa)</p> <p>C- 01 cabo para conexão da caneta ao equipamento</p> <p>D- 01 óculos de proteção para o profissional;</p> <p>E- 1 óculos de segurança bloqueador para o paciente;</p> <p>F- 1 fonte de alimentação;</p> <p>G- bateria;</p> <p>H- demais acessórios necessários para o ideal funcionamento do equipamento;</p> <p>I- manual de instruções em português;</p>
--	---	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/06/2024, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021745353** e o código CRC **6E48C15D**.