



MEMORANDO SEI Nº 0021448658/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de maio de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 210/2024.**Objeto:** Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021446749), segue a análise solicitada;

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Prospecto	10.16 do Termo de Referência-Comodato	Análise
1	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	Ampola	MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAXXIMED MODELO: CLICKTEST 3 H IBVF3H	De acordo	Apresentou	Ofertou incubadoras da marca Maxximed, modelo Lummina 4.	<p>O edital exige o fornecimento de 90 (noventa) incubadoras em comodato, compatíveis com os testes ofertados, bem como, os insumos para funcionamento e leitura. O edital exige também que a calibração das incubadoras é de responsabilidade da Contratada.</p> <p>Em análise a documentação técnica apresentada pela empresa, verificase:</p> <p>- Na página 9 da proposta (página 5 do manual), é indicado a necessidade de conexão via wifi da incubadora a um smartphone para configuração, assim como, conexão a impressora para a emissão dos laudos (página 8 da proposta).</p> <p>- Na página 12 da proposta consta a</p>

seguinte redação:

"Para realizar os processos de incubação, não é necessário que a impressora esteja conectada, contudo, a impressão dos resultados são importantes como registros, e essa é a única forma de guardar a comprovação do resultado."

- Na página 6 da proposta consta a seguinte redação:

"O resultado apurado é indicado na incubadora através da luz de led vermelha para resultados positivos e luz de led verde para resultados negativos."

Para fins de rastreabilidade, o resultado é impresso para assegurar a exatidão da incubação. Esse processo confere total fidelidade na incubação e leitura de resultados de indicadores biológicos."

Expomos que não tem-se disponível wi-fi em todas as unidades da Secretaria da Saúde, assim como, as impressoras disponíveis não são conectadas via wi-fi à rede, mas sim, via cabo.

Frente ao exposto, solicitamos que a empresa confirme:

1- A empresa fornecerá todas as incubadoras configuradas, calibradas e prontas para uso?

2- É possível realizar a visualização do resultado dos testes diretamente

							na incubadora, sem a utilização de rede wifi ou impressoras? Caso a resposta aos questionamentos seja positiva, a proposta da empresa está aprovada.
2	40720 - PASTILHA REAGENTE DPD Pastilha DPD, determinação cloro residual livre, faixa 0 a 4 mg/l, para amostra de 10ml. Compatível com o colorímetro de marca Del Lab, Modelo DLA-CL CLORO.	Unidade	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Quest	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou documentação referente a diversos produtos, não deixando claro qual o item ofertado.	----- Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com a relação de itens no comprasnet (<i>Conjunto De Reagentes</i> , <i>Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre E Total Em Água</i> , <i>Características Adicionais: Colorimétrico</i> , <i>Concentração: Faixa De Análise 0,00 a 15,00 Mg/L.</i>), porém, o descritivo do item no edital é "PASTILHA REAGENTE DPD Pastilha DPD, determinação cloro residual livre, faixa 0 a 4 mg/l, para amostra de 10ml. Compatível com o colorímetro de marca Del Lab, Modelo DLA-CL CLORO". A empresa anexou ficha técnica referente a vários itens, constando na página 20 da proposta o item "reagente DPD em pastilha", porém, não indicou claramente qual o produto ofertado. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme se o item ofertado é o descrito como "reagente DPD em pastilha" no documentação técnica apresentada. 2- Que a pastilha ofertada é compatível com o colorímetro da

								marca Del Lab, Modelo DLA-CL CLORO.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/05/2024, às 14:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021448658** e o código CRC **2FC4BE89**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.064536-6

0021448658v14